

日常点検・警告アラームチェック表

20 25 年 5 月分

日常点検の結果、異常がなければ✓、異常ありの場合は「異常」と記載し、欄外に詳細を記載すること
 (日常点検項目: 冷蔵庫の異常音、異臭、その他外観上の異常、室内空調操作パネル異常の確認)

警告表示がなければ✓、警告表示ありの場合は「ALARM」と表記すること

日付 DD/MMM/YYYY	時間 hh:mm	日常 点検	室温 ROOM	恒温庫 INC-1	冷蔵庫 (左) REF-1 (LEFT)	冷蔵庫 (中) REF-2 (CENTER)	冷蔵庫(右) REF-3 (RIGHT)	REC 表示	署名
01/MAY/2025	10:14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
02/MAY/2025	11:53	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
07/MAY/2025	9:29	✓	✓	✓	ALARM	✓	✓	✓	M.K
08/MAY/2025	12:53	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
09/MAY/2025	11:40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
12/MAY/2025	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
13/MAY/2025	9:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
14/MAY/2025	9:41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
15/MAY/2025	11:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
16/MAY/2025	15:58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
19/MAY/2025	9:07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
20/MAY/2025	8:56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
21/MAY/2025	10:11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
22/MAY/2025	09:44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
23/MAY/2025	9:56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
26/MAY/2025	09:01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
27/MAY/2025	09:41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
28/MAY/2025	09:29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
29/MAY/2025	10:08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
30/MAY/2025	09:07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K

REF-1 は 07/MAY/2025 のアラームで庫内の冷却不良がけおんしたため。

27/MAY/2025 および 28/MAY/2025 に業者点検を行った。(中はすべて空の状態にて、温度逸脱した治験薬はない)