

日常点検・警告アラームチェック表

20 26 年 3 月分

03/MAR/2026

10:30~11:55の間

×2の温度計の年次校正
実施したため、その間の記録は
バックアップカードを採用品
N.K

日常点検の結果、異常がなければ✓、異常ありの場合は「異常」と記載し、欄外に詳細を記載すること

(日常点検項目: 冷蔵庫の異常音、異臭、その他外観上の異常、室内空調操作パネル異常の確認)

警告表示がなければ✓、警告表示ありの場合は「ALARM」と表記すること

日付 DD/MMM/YYYY	時間 hh:mm	日常 点検	室温 ROOM	恒温庫 INC-1	冷蔵庫 (左) REF-1 (LEFT)	冷蔵庫 (中) REF-2 (CENTER)	冷蔵庫(右) REF-3 (RIGHT)	REC 表示	署名
02/MAR/2026	9:55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
03/MAR/2026	10:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
04/MAR/2026	10:07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
05/MAR/2026	10:59	✓	✓	✓	ALARM	✓	✓	✓	N.K
06/MAR/2026	11:13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
09/MAR/2026	13:57	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
10/MAR/2026	09:05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
11/MAR/2026	10:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
12/MAR/2026	11:33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
13/MAR/2026	12:48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
16/MAR/2026	10:40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
17/MAR/2026	11:22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
18/MAR/2026	11:05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
19/MAR/2026	8:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
23/MAR/2026	11:06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
24/MAR/2026	11:35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
25/MAR/2026	10:20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
26/MAR/2026	10:33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
29/MAR/2026	11:23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
30/MAR/2026	13:28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
31/MAR/2026	09:13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K

05/MAR/2026 REF-1 ALARM ... 口カバーに記録士丸印... 一瞬の上昇 (15min未満)で
また、これを確認した。 05/MAR/2026 11:10 N.K