

日常点検・警告アラームチェック表

20 26 年 5 月分

日常点検の結果、異常がなければ✓、異常ありの場合は「異常」と記載し、欄外に詳細を記載すること  
 (日常点検項目: 冷蔵庫の異常音、異臭、その他外観上の異常、室内空調操作パネル異常の確認)  
 警告表示がなければ✓、警告表示ありの場合は「ALARM」と表記すること

日付 DD/MMM/YYYY	時間 hh:mm	日常 点検	室温 ROOM	恒温庫 INC-1	冷蔵庫 (左) REF-1 (LEFT)	冷蔵庫 (中) REF-2 (CENTER)	冷蔵庫(右) REF-3 (RIGHT)	REC 表示	署名
01/MAY/2026	17:25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
07/MAY/2026	09:08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
08/MAY/2026	14:12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
11/MAY/2026	09:13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
12/MAY/2026	10:50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
13/MAY/2026	9:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
14/MAY/2026	10:54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
15/MAY/2026	09:12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
18/MAY/2026	13:20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
19/MAY/2026	15:04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
20/MAY/2026	10:57	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
21/MAY/2026	12:44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
22/MAY/2026	10:07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M.K
25/MAY/2026	09:03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
26/MAY/2026	10:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
27/MAY/2026	10:38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.K
28/MAY/2026	13:09	✓	✓	✓	ALARM	✓	✓	✓	N.K
29/MAY/2026	13:01	✓	✓	✓	ALARM	✓	✓	✓	N.K

26/MAY/2026 11:15 Ref-1 28.3°Cを記録したため、Ref-1の治験装置をRef-2へ移動。  
 した(26/MAY/2026 12:25) Naqa Kawano 26/MAY/2026.  
 ↳ 上記を1日1回、上記の機能動作確認を25-6とした。修理依頼中。